

LABORATORIO DE METROLOGÍA

En AUTOMATIZACION S.A contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 18-LAC-009, bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2017



Medellín

Sede principal - domicilio legal
Cra 44 # 57sur- 67 Sabaneta (Ant)

Whatsapp 313 324 8586

Conmutador : (604) 448 75 66

info@automatizacion.com.co

SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADOS MAGNITUD PRESIÓN -10 PSI A 10 000 PSI

- Manómetros Digitales.
- Manómetros Analógicos.
- Transmisores de presión con indicación.
- Manovacúómetros

SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADOS MAGNITUD TEMPERATURA 0 °C, 50 °C A 419 °C

- Termómetros Digitales.
- Termómetros Analógicos.
- Transmisores de Temperatura con indicación.

NUESTRO PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Tomamos procedimientos Internacionales estandarizados como referencia para nuestras calibraciones, tales como:

DKD-6 R-1, del Organismo de Acreditación Alemán (DAKKS / DKD). Calibración Presión.

NT WS 103. ED 94. Calibración



WWW.AUTOMATIZACION.COM.CO



ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-009